

Zamawiający:
Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna
ul. Kłodnicka 23
40-703 Katowice
NIP: 6342411063

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammografu

Data otwarcia ofert: 12.07.2021 r.

Godzina otwarcia ofert: 12:30

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów tj. mammografu” na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż do realizacji przedmiotowego zamówienia została wybrana firma:

Simens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa.

NIP: 113-28-85-680, REGON: 360879654

Cena oferty brutto: 619 681,54 zł.

Termin dostawy do dnia: 31 sierpnia 2021r.

Oferta firmy Simens Healthcare Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi ustawowe oraz jest zgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. Cena oferty jest najniższa, a pozostałe kryteria oceny ofert najkorzystniejsze.

Ponadto informujemy, iż przysługują Państwu środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zestawienie ofert:

1. Simens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa.

Punktowane kryteria techniczne:

IV AUTOMATYKA

1. Aparat spełnia parametr min. dwie szybkości ruchu uciskacza podczas aktywacji kompresji – szybsza podczas ruchu bez kontaktu z piersią pacjentki oraz wolniejsza po kontakcie – TAK – 5 pkt.

2. Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk - gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki; możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne – TAK – 10 pkt

V STATYW MAMMOGRAFICZNY

3. Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko i imię pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia możliwości pomyłek - przypisania zdjęć do niewłaściwej osoby – TAK – 10 pkt.

4. Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania. W przypadku korekty przez technika kąta ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji MLO aparat automatycznie zastosuje skorygowany kąt podczas drugiej projekcji MLO tej pacjentki 6. Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza cięższych pacjentek – TAK – 10 pkt.

VI DETEKTOR CYFROWY

5. Rozmiar piksela max. 100 µm – TAK, 83 µm – 5 pkt.

6. Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza cięższych pacjentek max. 85 mm - Tak, 65 mm – 10 pkt.

Ilość punktów w kryterium cena: 60,00. Ilość punktów w kryterium parametry techniczne oferowanego sprzętu 40.

Ogólna ilość punktów: 100,00.

.....
*podpis Zamawiającego lub osoby
upoważnionej do występowania w jego imieniu*

wyk. w 1 egz.

- informację zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/>