

Numer sprawy 1/7/2021/M

Zamawiający:

Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna

ul. Kłodnicka 23

40-703 Katowice

NIP: 6342411063

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammografu

Data otwarcia ofert: 12.07.2021 r.

Godzina otwarcia ofert: 12:30

Złożone oferty:

Simens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa.

Cena oferty brutto 619 681,54 zł.

Termin dostawy do 31 sierpnia 2021r.

Punktowane kryteria techniczne:

IV AUTOMATYKA

1. Aparat spełnia parametr min. dwie szybkości ruchu uciskacza podczas aktywacji kompresji – szybsza podczas ruchu bez kontaktu z piersią pacjentki oraz wolniejsza po kontakcie – TAK – 5 pkt.
2. Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk - gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki; możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne – TAK – 10 pkt

V STATYW MAMMOGRAFICZNY

3. Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko i imię pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia możliwości pomyłek - przypisania zdjęć do niewłaściwej osoby – TAK – 10 pkt.
4. Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania. W przypadku korekty przez technika kąta ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji MLO aparat automatycznie zastosuje skorygowany kąt podczas drugiej projekcji MLO tej pacjentki 6. Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza cięższych pacjentek – TAK – 10 pkt

VI DETEKTOR CYFROWY

5. Rozmiar piksela max. 100 µm – TAK, 83 µm – 5 pkt.
6. Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza cięższych pacjentek max. 85 mm - Tak, 65 mm – 10 pkt.

Ilość punktów w kryterium cena: 60,00. Ilość punktów w kryterium parametry techniczne oferowanego sprzętu 40. Ogólna ilość punktów: 100,00.

.....
*podpis Zamawiającego lub osoby
upoważnionej do występowania w jego imieniu*

wyk. w 1 egz.

- informację zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/>