

Numer sprawy 1/7/2021/M**Zamawiający:****Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna****ul. Kłodnicka 23****40-703 Katowice****NIP: 6342411063****Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego****PYTANIA, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA SWZ (CZ.1)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammografu

Zamawiający Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna, ul Kłodnicka 23, 40-703 Katowice działając w trybie art. 284-286 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, zamieszcza na stronie internetowej: <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/> treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami/modyfikacją SWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA pkt. 9 „Maksymalna wartość ekspozycji w mAs”

Proszę o dodanie punktacji za dany parametr lub wymagać co najmniej 600mAs, na rynku jest wiele systemów, które taki parametr zapewniają. Warto zapewnić sobie system o jak najlepszych osiągnięciach prądowych co wpływa na jego żywotność i jakość obrazowania, proponowane:

9.	Maksymalna wartość ekspozycji w mAs	min. 600 mAs		
----	-------------------------------------	--------------	--	--

lub

9.	Maksymalna wartość ekspozycji w mAs	min. 500 mAs		≥ 600 mAs - 10pkt.
----	-------------------------------------	--------------	--	--------------------

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 2

Dotyczy III LAMPA RTG pkt. 14 „Pojemność cieplna anody”

Proszę o dodanie punktacji za dany parametr lub wymagać co najmniej 300 kWh, na rynku jest wiele systemów, które taki parametr zapewniają. Warto zadbać o system z jak największą pojemnością cieplną anody jak i kołpaka oraz oczywiście o samo chłodzenie. Lampa jak wiemy to bardzo ważny element aparatu mammograficznego a pojemność cieplna anody to ważny czynnik przy jej żywotności, proponowane:

14.	Pojemność cieplna anody	min. 300 kWh		
-----	-------------------------	--------------	--	--

lub

14.	Pojemność cieplna anody	min. 160 kWh		≥ 300 kWh - 10pkt.
-----	-------------------------	--------------	--	--------------------

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 3

Dotyczy III LAMPA RTG pkt. 18 „Max prąd dużego ogniska”

Proszę o dopuszczenie systemu z wartością danego parametru 120 mA. Osiągane prądy są zazwyczaj o wiele niższe. Jest to wartość w zupełności wystarczająca i nie ma racjonalnego uzasadnienia poza naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Jeżeli rzeczywiście są powody, dla których Państwu zależy na konkretnie takiej wartości danego parametru proszę zmienić parametr wymagany na „TAK/NIE”. Obecna postać tabeli z danym parametrem nie pozwala mi złożyć ważnej oferty na dostawę cyfrowego systemu mammograficznego, który jest wart rozważenia.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Dotyczy IV AUTOMATYKA pkt. 24 „Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk - gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki; możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne” Bardzo proszę o usunięcie lub zmniejszenie punktacji za dany parametr, ponieważ mocno faworyzuję on jedno rozwiązanie. Co więcej dana funkcjonalność tak naprawdę nie ma wpływu na diagnostykę, istota mammografii to uzyskanie jak najlepszego obrazu diagnostycznego. Technik obsługujący aparat posiada wiedzę jaka siła kompresji powinna zostać zastosowana, aby taki wynik otrzymać. Oczywiście czasami może się to wiązać z dyskomfortem dla pacjentki, jednak ucisk jest kluczowy a zbyt lekki może spowodować nie zauważenie istotnej zmiany w piersi. Nasz system oferuje możliwość dwustopniowego ucisku, którego wartość jest deklarowana przez technika podczas instalacji systemu a później kontrolowana, dzięki przyciskom przy pacjentce.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 5

Dotyczy V STATYW MAMMOGRAFIKOWY pkt. 29 „Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi (lampa u góry) ułatwiająca badanie pacjentek siedzących na wózkach inwalidzkich (pacjentki, które nie mogą stać)

Proszę o dopuszczenie systemu z wartością danego parametru 81 cm, mamy duże doświadczenie w systemach mammograficznych i wiele instalacji za sobą, zarazem systemów analogowych jak i cyfrowych, ponieważ zajmujemy się tym już 25 lat - również serwisem. Nigdy nie było sytuacji, że dane 81cm nie wystarczyło, aby umożliwić badanie pacjentce, która nie może stać. Standard wózków inwalidzkich i ich wysokość siedziska od podłogi to 50cm czasami jest regulacja góra/dół. Jak wiemy linia sutka od pozycji siedzącej wynosi w wyjątkowych sytuacjach min 40cm zazwyczaj jest to wartość w okolicy 50 cm co łącznie daje nam ok 90-100cm. Zatem dany parametr min. 70 cm nie jest uzasadniony, ponieważ realnie nie będzie on nigdy wykorzystany a tylko narusza zasady uczciwej konkurencji. Jeżeli rzeczywiście są powody, dla których Państwu zależy na konkretnie takim podjeździe stołu proszę zmienić parametr wymagany na „TAK/NIE”. Obecna postać nie pozwala mi złożyć ważnej oferty na dostawę cyfrowego systemu mammograficznego, który jest wart rozważenia.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 6

Dotyczy V STATYW MAMMOGRAFIKOWY pkt. 30 „Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi ułatwiająca badanie pacjentek wysokich”

Proszę o dopuszczenie systemu z wartością danego parametru 138 cm, ta 2cm różnica na pewno nie wpłynie na komfort pozycjonowania pacjentki lub możliwości diagnostyczne aparatu.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Treść w wierszu nr 30 tabeli załącznika nr 2 do SWZ zostaje zmieniona:

30.	Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi ułatwiająca badanie pacjentek wysokich	min. 138 cm		Bez punktacji
-----	--	-------------	--	---------------

Pytanie nr 7

Dotyczy V STATYW MAMMOGRAFICZNY pkt. 31 „Zakres obrotu głowicy”

Proszę o dopuszczenie systemu cyfrowego z wartością danego parametru 315°, ponieważ nie widzę diagnostycznego uzasadnienia czemu ma służyć taki duży zakres ruchu. Standardowe projekcje wymagane w skriningu bez problemu zostaną uzyskane w zakresie min. 315° a nawet i niższym. Dany parametr jedynie mocno ogranicza konkurencyjność. Przy tym rozwiązaniu 315° oczywiście mamy możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180° (detektor na górze, lampa na dole) do badań 2D zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Obecna postać tabeli z danym parametrem nie pozwala mi złożyć ważnej oferty na dostawę cyfrowego systemu mammograficznego, który jest wart rozważenia.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 8

Dotyczy V STATYW MAMMOGRAFICZNY pkt. 31 „Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko i imię pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia możliwości pomyłek - przypisania zdjęć do niewłaściwej osoby.”

Proszę o zniesienie punktacji za powyższy parametr, gdyż opisuje on unikalną funkcję jednego dostawcy tym samym go faworyzując w postępowaniu oraz ograniczając możliwość zdobycia punktów innym oferentom. Wskazane funkcje nie wpływają na jakość obrazowania całego systemu a uważam, że to powinno być opisywane i punktowane w wymaganiach technicznych dostarczanego aparatu. Co więcej stacja technika jest zaraz obok aparatu przy której jesteśmy podczas wyzwolenia ekspozycji, także badanie jest pod ciągłą kontrolą technika i nie ma możliwości, aby nastąpiła pomyłka przypisania zdjęcia niewłaściwej osobie, gdyż na stacji technika widnieje imię i nazwisko pacjentki.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Informuję ponadto, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami, **Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, który wyznaczony został na 12.07.2021r. do godz. 12:00.**

.....
podpis Zamawiającego lub osoby
upoważnionej do występowania w jego imieniu

wyk. w 1 egz.

- informację zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/> oraz przekazano Wykonawcy/Wykonawcom który/którzy skierował/skierowali pytania do SWZ.