

Numer sprawy 1/7/2021/M

Zamawiający:

Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna
ul. Kłodnicka 23
40-703 Katowice
NIP: 6342411063

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA SWZ (CZ.4)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammografu

Zamawiający Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna, ul Kłodnicka 23, 40-703 Katowice działając w trybie art. 284-286 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, zamieszcza na stronie internetowej: <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/> treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami/modyfikacją SWZ.

Pytanie nr 41

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie kto będzie odpowiedzialny za wykonanie projektu osłon stałych?

Wyjaśnienia:

Za wykonanie projektu osłon stałych jest odpowiedzialny Wykonawca.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający potwierdzi, że w pomieszczeniach mammografu istnieje sprawna wentylacja, która spełnia wymogi polskich przepisów.

Wyjaśnienia:

Zamawiający potwierdza sprawność systemu wentylacji i zgodność z obowiązującymi przepisami zgodnie z protokołem z dnia 14/06/2021 r. Protokół został udostępniony na stronie konkursu.

Pytanie nr 43

Prosimy o udostępnienie wyników pomiarów wentylacji nie starszych niż 1 rok. Bez tego nie będzie możliwe złożenie projektu osłon stałych w WSSE.

Wyjaśnienia:

Protokół z dnia 14/06/2021r. został udostępniony na stronie konkursu <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/> razem z pozostałymi materiałami konkursowymi.

Pytanie nr 44

Prosimy o wskazanie drogi transportowej urządzenia z parkingu do pomieszczeń w których ma nastąpić instalacja. Czy na drodze występują schody, windy? Jeśli transport urządzenia ma się odbywać przy pomocy windy to prosimy o zapewnienie obecności serwisu windy podczas dostawy urządzenia.

Wyjaśnienia:

Urządzenie będzie instalowane na parterze, na drodze transportu aparatu nie występują żadne bariery architektoniczne.

Pytanie nr 45

Jeśli urządzenie ma być instalowane na wyższych kondygnacjach budynku, w którym nie ma wind czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport urządzenia za pomocą dźwigu przez wykonany w tym celu otwór w ścianie zewnętrznej budynku.

Wyjaśnienia:

Urządzenie będzie instalowane na parterze, na drodze transportu aparatu nie występują żadne bariery architektoniczne.

Pytanie nr 46

Jeśli pomieszczenie przeznaczone do instalacji urządzenia wymaga adaptacji lub dostosowania do wytycznych instalacyjnych urządzenia podawanych przez producenta to kto będzie odpowiedzialny za wykonanie prac dostosowawczych? Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie ?

Wyjaśnienia:

W pracowni obecnie jest zainstalowany działający sprawny aparat analogowy, Zamawiający nie przewiduje prac dostosowawczych. Jeżeli będzie konieczne dostosowanie pracowni do wytycznych instalacyjnych producenta urządzenia, prace te wykona Wykonawca.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o odpowiednich parametrach? Wymagana dostępna moc pobierana przez urządzenie, które chcemy zaoferować to ok 5kVA (maksymalny chwilowy pobór mocy)

Wyjaśnienia:

W pracowni istnieje tablica zasilająca. Jest doprowadzone odrębne zasilanie trójfazowe oraz zastosowane przekroje przewodów przewyższają wymagane parametry.

Pytanie nr 48

1. Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia?
2. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki urządzenia?
3. Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modułem 3G

Wyjaśnienia:

Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia.

Pytanie nr 49

Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu osłon stałych w celu weryfikacji konieczności montażu dodatkowych osłon w pracowni.

Wyjaśnienia:

Zamawiający udostępnił projekt osłon stałych Pracowni Mammografii na stronie <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/> razem z pozostałymi materiałami konkursowymi.

Pytanie nr 50

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunku pomieszczenia przeznaczonego do instalacji urządzenia – najlepiej w formie DWG lub innej zawierającej wymiary pomieszczenia.

Wyjaśnienia:

Zamawiający udostępnił rzuty pomieszczeń Pracowni Mammografii na stronie <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/> razem z pozostałymi materiałami konkursowymi.

Pytanie nr 51

Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę wykładziny podłogowej. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jaki obszar (ilość m2) podlega wymianie.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie przewiduje wymiany wykładziny podłogowej. Obecnie podłoga w Pracowni Mammografii jest pokryta płytkami gresowymi. Powierzchnia pomieszczenia wynosi ok. 14 m².

Pytanie nr 52

Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi do pracowni. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz rodzaj (ochronne rtg czy zwykłe).

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie przewiduje wymiany drzwi, obecnie zainstalowane spełniają założenia projektu osłon stałych.

Pytanie nr 53

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje jakieś prace remontowe np. szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych, wymiany oświetlenia itp. za wykonanie, których odpowiedzialny będzie wykonawca? Prosimy o ich wyszczególnienie.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie przewiduje prac remontowych.

Pytanie nr 54

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi ochronnych RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi ochrony radiologicznej.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie przewiduje wymiany drzwi, obecnie zainstalowane spełniają założenia projektu osłon stałych.

Pytanie nr 55

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych ekspozycji w tygodniu.

Wyjaśnienia:

Zgodnie z założeniami projektu osłon stałych przewidziano 400 ekspozycji tygodniowo.

Pytanie nr 56

1. Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni mammografii.
2. Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni mammografii.
3. Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniem pracowni mammografii (pomieszczeniem badań) oraz je otaczające. Jak długo w tych pomieszczeniach przebywają ludzie.

Wyjaśnienia:

Wszystkie parametry znajdują się w treści projektu osłon stałych Pracowni Mammografii

Zamawiający udostępnił projekt osłon stałych Pracowni Mammografii na stronie

<https://www.femina.katowice.pl/konkurs/> razem z pozostałymi materiałami konkursowymi.

Pytanie nr 57

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zatwierdzenie projektu osłon stałych RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego.

Wyjaśnienia:

Zamawiający w wypadku konieczności dokona zatwierdzenia projektu osłon stałych RTG w WSSE.

Pytanie nr 58

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej, Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty) jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymaga sporządzenia:

- Wykonanie i dokumentacja testów akceptacyjnych i specjalistycznych przed oddaniem sprzętu do eksploatacji.
- Wykonanie projektu osłon stałych.

Pytanie nr 59

Prosimy Zamawiającego o informację dot. typu, przekroju istniejącego kabla zasilającego mammograf.

Wyjaśnienia:

Do pracowni poprowadzono przewód elektryczny stanowiący osobne zasilanie bezpośrednio z rozdzielni głównej budynku
Przewód YDYp 450/750V 5 X 4 mm²

Pytanie nr 60

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni mammografii zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat.

Wyjaśnienia:

Tablica elektryczna jest zlokalizowana bezpośrednio w Pracowni Mammografii
Rozdzielnia główna w odległości 12 mb od Pracowni Mammografii

Pytanie nr 61

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni mammografu znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy mammograf.

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie odpowiedniej sieci komputerowej do miejsca montażu mammografu będzie leżało po stronie Zamawiającego.

Wyjaśnienia:

Potwierdzamy, że w pracowni mammografu znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy mammograf.

Pytanie nr 62

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. W innym przypadku prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac.

Wyjaśnienia:

Zamawiający potwierdza, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. sygnalizacyjna, alarmowa nie będzie podlegała modernizacji i jest sprawna.

Pytanie nr 63

1. Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie?
2. Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni? Prosimy o wskazanie miejsca jej montażu.

Wyjaśnienia:

Zamawiający potwierdza, że instalacja wentylacja jest sprawna i nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych prac z nią związanych.

Pytanie nr 64

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii, spełniające wytyczne producenta aparatu.
2. Jeśli Zamawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów typu split w celu zapewnienia prawidłowej pracy mammografu?
3. W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku.

Wyjaśnienia:

Zamawiający potwierdza, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii, spełniające wytyczne producenta aparatu.

Pytanie nr 65

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego mammografu nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni.

Wyjaśnienia:

Zamawiający potwierdza, że równocześnie z dostawą nowego mammografu z elementami wchodzącymi w skład zestawu nie przewidujemy dostawy mebli czy innego wyposażenia ruchomego pracowni.

Pytanie nr 66

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji w korytach naściennych bądź napodłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych.
2. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o wskazanie jak mają być prowadzone kable łączące elementy urządzenia i kto będzie odpowiedzialny za wykonanie odpowiednich dróg kablowych?

Wyjaśnienia:

Obecnie istnieje przepust kablowy, który łączy konsolę technika z aparatem mammograficznym. Prowadzenie instalacji w korytach naściennych bądź napodłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych zostanie dopuszczone przez Zamawiającego w razie konieczności. Ewentualny przebieg koryt zostanie zaplanowany zgodnie z ergonomią działania pracowni bezpośrednio przed instalacją aparatu .

Informuję ponadto, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami, **Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, który wyznaczony został na 12.07.2021r. do godz. 12:00.**

.....
podpis Zamawiającego lub osoby
upoważnionej do występowania w jego imieniu

wyk. w 1 egz.

- informację zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/>
oraz przekazano Wykonawcy/Wykonawcom który/którzy skierował/skierowali pytania do SWZ.