

Numer sprawy 1/7/2021/M

Zamawiający:

Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna

ul. Kłodnicka 23

40-703 Katowice

NIP: 6342411063

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego**

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA SWZ (CZ.5)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammografu

Zamawiający Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna, ul Kłodnicka 23, 40-703 Katowice działając w trybie art. 284-286 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, zamieszcza na stronie internetowej: <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/> treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami/modyfikacją SWZ.

Pytanie nr 67

Proszę uprzejmie o odpowiedź na pytania dotyczące punktu 83 Tabeli Parametrów Technicznych: "Zestaw fantomów do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych"

Czy zamiast zestawu wymienionego w przywołanym Rozporządzeniu MZ można zaoferować kompletny zestaw wyposażenia pozwalający na wykonanie wszystkich testów podstawowych kontroli jakości w mammografii cyfrowej opisanych w aktualnie obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 03.04 2017 roku (Dz. U. RP z dnia 5 maja 2017, poz.884 ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Treść w wierszu nr 83 tabeli załącznika nr 2 do SWZ zostaje zmieniona:

Obowiązującą treść publikujemy poniżej:

83.	Kompletny zestaw wyposażenia pozwalający na wykonanie wszystkich testów podstawowych kontroli jakości w mammografii cyfrowej opisanych w aktualnie obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 03.04 2017 roku (Dz. U. RP z dnia 5 maja 2017, poz. 884	TAK		Bez punktacji
-----	--	-----	--	---------------

Pytanie nr 68

Czy wraz z zestawem wyposażenia należy zaoferować program do wspomagania wykonywania testów kontroli jakości wraz ze szkoleniem z techniki wykonywania testów podstawowych ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie potrzebuje programu do wspomagania wykonywania testów kontroli jakości wraz ze szkoleniem z techniki wykonywania testów podstawowych.

Informuję ponadto, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami, **Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, który wyznaczony został na 12.07.2021r. do godz. 12:00.**

.....
podpis Zamawiającego lub osoby
upoważnionej do występowania w jego imieniu

wyk. w 1 egz.

- informację zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: <https://www.femina.katowice.pl/konkurs/>
oraz przekazano Wykonawcy/Wykonawcom który/którzy skierował/skierowali pytania do SWZ.